

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

ZADAVATEL: Mráz Agro CZ, s.r.o.
Sídlem: Jiráskova 201, 388 01, Blatná
Zastoupený: Vladimírem Mrázem, jednatelem
IČ: 26077922

Název projektu: „Optimalizace postupů výroby termicky modifikovaných škrobů a maltodextrinů“

(realizace projektu v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020, v rámci Operace 16.2.2 *Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh*)

Název zakázky: „Optimalizace postupů výroby termicky modifikovaných škrobů a maltodextrinů – zařízení pro hodnocení kvality surovin a finálních produktů“

Výše uvedený zadavatel tímto poskytuje vysvětlení k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky formou odpovědí na dotazy dodavatele.

Dotaz č. 1:

Píši Vám dodatečný dotaz na Vaší zakázku.

Automatické pipety:

Současný požadavek je na pipety 0,1-1 ml s přesností dávkování +/- 0,08 ul a pipety 1-5 ml s přesností +/- 0,12 ul.

Tyto požadované parametry jsou dle dostupných literatur nedosažitelné pro tyto produkty.

Proto se ptáme, zda zadavatel akceptuje námi dostupné produkty s následující specifikací/ přesností?

Náš požadavek:

Pipeta 0,1-1 ml přesnost +/- 6 ul

Pipeta 1-5 ml přesnost +/- 30ul



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Odpověď:

Na základě podnětu, výše uvedeného, upravuje zadavatel formální pochybení při nastavení parametru přesnosti dávkování u automatických laboratorních pipet, a to následovně:

Původní znění:

4. Automatické laboratorní pipety – 4 ks s příslušenstvím

Přístroje pro automatické pipetování roztoků.

a) 2 ks pro objemy o rozsahu 0,1 až 1 ml

Technické parametry:

Rozsah dávkování: 0,1 až 1 ml
Přesnost dávkování: maximálně $\pm 0,08 \mu\text{l}$

Příslušenství:

2000 ks špiček pro pipety.

b) 2 ks pro objemy o rozsahu 1 až 5 ml

Technické parametry:

Rozsah dávkování: 1 až 5 ml
Přesnost dávkování: maximálně $\pm 0,12 \mu\text{l}$

Příslušenství:

2000 ks špiček pro pipety.

Nové znění:

4. Automatické laboratorní pipety – 4 ks s příslušenstvím

Přístroje pro automatické pipetování roztoků.

c) 2 ks pro objemy o rozsahu 0,1 až 1 ml

Technické parametry:

Rozsah dávkování: 0,1 až 1 ml
Přesnost dávkování: maximálně $\pm 8 \mu\text{l}$

Příslušenství:

2000 ks špiček pro pipety.

d) 2 ks pro objemy o rozsahu 1 až 5 ml

Technické parametry:

Rozsah dávkování: 1 až 5 ml
Přesnost dávkování: maximálně $\pm 40 \mu\text{l}$

Příslušenství:

2000 ks špiček pro pipety.

Na základě shora uvedené úpravy zadávacích podmínek rozhodl Zadavatel o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do: 04. 11. 2020 08:00

Otevírání nabídek se posouvá na: 04. 11. 2020 08:15

Aktualizovaná příloha č. 4 zadávací dokumentace, tj. *technická specifikace předmětu plnění* tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2.

V Blatné dne 22. 10. 2020

Mráz Agro CZ, s.r.o.
Jiráskova 201, 388 01 Blatná
IČ: 26077922, DIČ: CZ26077922
tel.: 383 422 365, fax: 383 421 480
e-mail: info@mrzagro.cz ②



Vladimír Mráz
jednatel
Mráz Agro CZ, s.r.o.