



ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Držitel certifikátu ISO 9001:2009

Váš dopis zn.:
Vyřizuje: Mgr. Králíček

Naše zn./č.j.: 3346-4/SES/UKZUZ/2013
Tel./fax: 543 548 236

V Brně, dne: 25.06.2013
e-mail: miloslav.kralicek@ukzuz.cz

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Dodávka kapalinového chromatografu s DAD a FLD“

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ 00020338, jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Mach, pověřený výkonem funkce ředitele, jako zadavatel veřejné zakázky „Dodávka kapalinového chromatografu s DAD a FLD“ obdržel dne 25. 6. 2013 dotaz k této veřejné zakázce. Zadavatel tento dotaz a odpověď poskytuje uchazečům, kteří byli vyzváni k podání nabídky, jako dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

V čl. 2.1 zadávací dokumentace – Technická specifikace zakázky – část Fluorescenční detektor, je uveden požadavek na rozsah emisních délek min. 200-800 nm.

Dotaz:

Budou považovány technické podmínky veřejné zakázky za splněné, pokud bude nabízený rozsah emisních vlnových délek fluorescenčního detektoru od 220-900 nm?

Odpověď zadavatele:

Ano, dolní rozsah vlnových délek od 220 nm je pro potřeby zadávacího řízení vyhovující.

Bc. Zdeněk Mach
pověřený výkonem funkce ředitele