

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka  
státu, se sídlem v Brně, Hroznová 2/63, PSČ 656 06,  
IČ 00020338,  
jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu  
(dále jen „zadavatel“)

vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou v souladu  
s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  
mimo režim tohoto zákona:

Veřejná zakázka  
„Termostat chlazený – 1 ks“

**Vymezení plnění veřejné zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chlazeného termostatu.

**Požadavky na zpracování nabídky:**

Minimální technické požadavky:

Objem min. 400 l

Pracovní rozsah teplot: -10 až 50 °C, krokování po 0.1 °C

Přesnost teploty 0.2 °C

Teplotní uniformita: +/- 0.5 °C při teplotě dané výrobcem

Skříňový typ

Minimálně 5 poliček

Digitální displej

Mikroprocesorové řízení teploty

Nucená cirkulace vzduchu

Boční průchodka (2)

Vnitřní prostor: min. 1160 x 640 x 550 mm (v x š x h)

Vnější rozměry: max. 1815 x 840 x 805 mm (v x š x h)

V ceně dodávky požadujeme dodávku na místo, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení  
obsluhy.

Zaškolení obsluhy požadujeme na místě. V nabídce uveďte základní (rozhodující) technické parametry přístroje podle výše uvedených požadavků a případné další, které považujete za významné, cenu v Kč včetně instalace a zaškolení (bez DPH a s DPH), termín dodání (od podpisu kupní smlouvy), záruku, záruční a pozáruční servis. Současně zašlete návrh kupní smlouvy. Rovněž uveďte způsob zajištění servisu a pozáruční servis.

**Způsob hodnocení nabídek:**

Při výběru nejvhodnější nabídky bude u přístroje hodnoceno:

- úplnost nabídky uvedených požadavků
- cena přístroje v Kč včetně DPH
- servisní podmínky

**Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

Přístroj musí být dodán nejpozději do 15. 12. 2008.

Místem plnění veřejné zakázky bude pracoviště NRL ÚKZÚZ, oddělení mikrobiologie a biochemie Brno, Hroznová 2, 656 06 Brno.

**Základní údaje o zadavateli:**

Česká republika, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu, Hroznová 2/63, 656 06 Brno,

IČ: 00020338,

jejímž jménem jedná RNDr. Jaroslav Staňa, ředitel ústavu.

Zástupci zadavatele pověřeni jednáním s uchazeči:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Šlégl, tel. 543548377,

ve věcech technických: RNDr. Jiří Zbíral, PhD., ředitel Národní referenční laboratoře, tel. 543548329.

**Podávání nabídek:**

Nabídky lze podávat doporučeně nebo osobně v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. na adrese zadavatele v Brně, Hroznová 2, odd. rozpočtu, nejpozději do **26. 11. 2008**, a to v uzavřených obálkách, označených názvem veřejné zakázky: „**Výzva – výběr chlazeného termostatu**“ a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního orgánu, je-li právnickou osobou.

Nabídky musí být do skončení lhůty pro podávání nabídek doručeny zadavateli. Nabídky doručené opožděně a nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům v tomto bodě, zadavatel neotevře a vrátí je uchazeči.


Lhůta, pro kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni a ve které zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky, začíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek a činí 30 dnů.

**Zadavatel si vyhrazuje právo:**

- odmítnout všechny předložené nabídky,
- nevracet předložené nabídky,
- neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem.

V Brně dne 13. 11. 2008

Česká republika  
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚĚLSKÝ  
BRNO  
656 06 Brno, Hroznová 2  
118

U 2.   
RNDr. Jaroslav Staňa  
ředitel ústavu