

Zařízení pro klíčení

Bc. Kristýna Rouhová
NRL OS Praha



ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Termoskříň klíčirenská MLR-352H

- ▶ Účel použití: zkoušení klíčivosti osiva
- ▶ Výrobce: Panasonic Healthcare Co., Ltd., Japan
- ▶ Rok výroby: 2018
- ▶ Typ/Model: MLR - 352H PE
- ▶ Kontrola vlhkosti
- ▶ Nastavitelné osvětlení
- ▶ Parametry, technické vlastnosti:
teplotní rozsah: +10°C až +50°C
vlhkost: 55 – 85 % RH (při teplotě +15 °C až +45 °C)



Termoskříň klíčirenská FLOHR GC 10

- ▶ Účel použití: zkoušení klíčivosti osiva
- ▶ Výrobce: FLOHR Instruments, Holland
- ▶ Rok výroby: 2007
- ▶ Typ/model: GC 10
- ▶ Kontrola vlhkosti
- ▶ Nastavitelné osvětlení
- ▶ Parametry, metrologické vlastnosti:
teplotní rozsah: +2°C až +50°C
chladicí medium R 134 A



Stolové klíčidlo Jacobsen

- ▶ Účel použití: zkoušení klíčivosti osiva
- ▶ Výrobce: Rumed, Rubarth Apparate GmbH
- ▶ Rok výroby: 2019
- ▶ Typ/Model: S 120
- ▶ Nastavitelné osvětlení
- ▶ Parametry, metrologické vlastnosti:
teplotní rozsah: +5°C až +40°C
napájení: 230V/50 Hz
hmotnost: 115 kg



V případě dotazů,
prosíme, kontaktovat:

Ing. Vladislava Gregorová
Bc. Kristýna Rouhová

